

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua tủ bảo quản vắc-xin cho Cơ sở tiêm chủng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa” với nội dung cụ thể như sau:

### I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  - Điện thoại: 0911874907
  - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
  - *Nhận qua email:* vttbkhos@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến trước 08h ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2023.

### II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục thiết bị: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán

bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

5. Các thông tin khác (nếu có).

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Hữu Chính**

## BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật		Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
1	Tủ bảo quản vắc-xin	Thiết kế	Kiểu đứng, $\geq 3$ cánh cửa kính	1	Tủ	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	
	Bộ điều khiển	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Điều khiển vi xử lý với 6 phím màng</li> <li>+ Màn hình hiển thị LED và đèn cảnh báo màu đỏ, cho phép điều khiển tất cả các chức năng và trạng thái làm việc của tủ (bao gồm chức năng báo động, máy nén, quạt, rã đông...)</li> <li>+ Điều chỉnh và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác phân giải <math>0,1^{\circ}\text{C}</math></li> <li>+ Có chức năng khóa phím để tránh những người không hiểu biết sử dụng tủ</li> <li>+ Tắt chuông báo động, và vẫn giữ đèn báo</li> </ul>						

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật		Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
			+ Bộ nhớ 10 dữ liệu báo động gần nhất					
		Tác nhân làm lạnh	R452A không chứa CFC					
		Kiểu làm lạnh	Làm lạnh cưỡng bức bằng quạt, cho nhiệt độ ổn định và đồng đều trong tủ					
		Thang nhiệt độ	Có thể điều chỉnh trong khoảng +2°C đến +15°C					
		Điện áp	220-230V/50Hz					
		Độ ồn	≤ 54 dB					
		Dung tích tổng	≥ 2300L					
		Dung tích hiệu dụng	≥ 2100L					

**Lưu ý:**

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết bị.
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau