

Số: /BVĐKT-VTTBYT

Khánh Hòa, ngày tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua Hệ thống nước RO dùng trong chạy thận nhân tạo” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: 0911874907

- Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: vttbkhos@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h ngày 22 tháng 11 năm 2023 đến trước 9h ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục thiết bị: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT (VBĐT);
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Phan Hữu Chính

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

STT	Tên hàng hóa/thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
I	Hệ thống nước RO dùng trong chạy thận nhân tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống nước RO tinh khiết dùng trong lọc máu nhân tạo - Hệ thống RO trực tiếp, 2 tầng RO - Có chức năng khử khuẩn nhiệt - Hệ thống phân phối nhiều vòng lặp - Cung cấp đủ nước cho ≥ 60 máy - Nước đầu vào là nước do nhà máy nước cung cấp. 	1	HT	Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	

Lưu ý:

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết bị.
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau.