

Số: /TB-BVĐKT

Khánh Hòa, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc mời báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua Hệ thống CT-Scanner” và gói thầu “Mua dây nội soi dạ dày và dây nội soi đại tràng dùng cho máy nội soi tiêu hóa” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Điện thoại: 0911874907
 - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (Word, excel,...) qua mail vttbkhos@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 23 tháng 05 năm 2024 đến trước 8h ngày 03 tháng 06 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2024.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục thiết bị: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Phan Hữu Chính

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

STT	Tên hàng hóa/thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
1	Hệ thống CT-Scanner	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống CT-Scanner 32 lát - Có máy in phim laser khô dùng để in phim. - Có áo chì, kính chì bảo vệ. 	1	HT	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	
2	Dây nội soi dạ dày	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng hình ảnh HDTV - Phù hợp với chức năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp từ 415nm đến 540nm cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc. - Có kênh nước phụ - Bộ nối 1 chạm “One touch” chống thấm nước. - Trường nhìn: $\geq 140^{\circ}$ - Hướng nhìn: hướng nhìn thẳng - Chiều sâu trường nhìn: Gần nhất ≤ 2 mm; Xa nhất ≥ 100 mm - Đường kính ngoài chóp đuôi ống soi: ≤ 9.2 mm - Đường kính ngoài thân ống soi: ≤ 9.2 mm - Có 6 kênh làm việc: 1 kênh dụng cụ, 1 kênh khí/nước, 1 kênh nước phụ, 1 kênh 	2	Dây	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	

		thấu kính, 2 kênh dẫn sáng - Chiều dài làm việc: ≥ 1030 mm - Đường kính trong kênh dụng cụ: ≥ 2.8 mm - Khoảng cách quan sát tối thiểu : ≤ 3.0 mm từ chóp đuôi ống soi - Phần uốn cong: \geq Lên 210° Xuống $\geq 90^\circ$ Phải $\geq 100^\circ$ Trái $\geq 100^\circ$ - Tổng chiều dài: ≥ 1350 mm Và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo ống soi					
3	Dây nội soi đại tràng	- Chất lượng hình ảnh HDTV - Phù hợp với chức năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp từ 415nm đến 540nm cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc. - Công nghệ RIT (Công nghệ hỗ trợ đưa ống soi vào đại tràng) + Truyền lực cao: cải tiến trong việc điều khiển với thao tác đẩy và vặn ống soi + Phần gập thụ động: giúp ống soi di chuyển dễ dàng qua các khúc gập của đại tràng + Thay đổi độ cứng của thân ống soi: điều chỉnh độ cứng của ống soi theo mong muốn bằng cách vặn vòng điều chỉnh trên phần điều khiển của ống soi - Bộ nối 1 chạm chống thấm nước	2	Dây	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	

	<ul style="list-style-type: none"> - Trường nhìn: ≥ 170 độ - Hướng nhìn: hướng nhìn thẳng - Chiều sâu trường nhìn: Gần nhất ≤ 2 mm; Xa nhất ≥ 100 mm - Đường kính ngoài đầu ống soi: ≤ 13.2 mm - Đường kính ngoài thân ống soi: ≤ 12.8 mm - Có 7 kênh làm việc (1 kênh dụng cụ, 1 kênh khí/nước, 1 kênh nước phụ, 1 kênh thấu kính, 3 kênh dẫn sáng) - Chiều dài làm việc: ≥ 1330 mm - Đường kính trong kênh dụng cụ: ≥ 3.7 mm - Khoảng cách quan sát tối thiểu: ≤ 3.0 mm từ chóp đuôi ống soi - Phần uốn cong: Lên $\geq 180^0$ Xuống $\geq 180^0$ Phải $\geq 160^0$ Trái $\geq 160^0$ - Tổng chiều dài ≥ 1655 mm <p>Và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo ống soi</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Lưu ý:

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết bị.
- Máy mới 100%, năm sản xuất: 2023 trở về sau.