

Số: /TB-BVĐKT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO Về việc mời báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Máy rửa màng lọc thận nhân tạo (Máy rửa quả lọc)” với nội dung cụ thể như sau:

### I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  - Điện thoại: 0911874907
  - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (Word, excel,...) qua mail vttbkhos@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 30 tháng 9 năm 2024 đến trước 8h ngày 10 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2024.

### II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục thiết bị: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

*Nơi nhận:* (VBĐT)

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Hữu Chính**

**BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT**

<b>STT</b>	<b>Tên hàng hóa/thiết bị</b>	<b>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b>	<b>Số lượng/ khối lượng</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu</b>	<b>Địa điểm cung cấp</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Máy rửa màng lọc thận nhân tạo (Máy rửa quả lọc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy rửa quả lọc loại 4 khoang rửa.</li> <li>- Khung và thân hệ thống bằng inox 304.</li> <li>- Lòng bồn, phần tiếp xúc với hóa chất có vật liệu làm bằng inox.</li> <li>- Điện áp phù hợp với điện áp đang dùng tại Bệnh viện.</li> <li>- Đảm bảo quá trình rửa gồm: chu trình xả, rửa ngược và môi dung dịch khử khuẩn.</li> <li>- Thời gian rửa quả lọc trung bình từ 7 – 10 phút.</li> <li>- Có chương trình khử trùng máy.</li> <li>- Đạt các tiêu chuẩn sản xuất theo quy định.</li> </ul>	03	Máy	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	

**Lưu ý:**

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết bị.
- Thiết bị mới 100%, năm sản xuất: 2024 trở về sau.