

Số: /TB-BVĐKT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc mời báo giá**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Máy siêu âm (chuyên dùng cho sản phụ khoa)" với nội dung cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  - Điện thoại: 0911874907
  - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (Word, excel,...) qua mail vttbkhos@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 14 tháng 02 năm 2025 đến trước 15h ngày 24 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2025.

**II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ**

- Danh mục thiết bị: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

*Nơi nhận:* (VBĐT)

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Hữu Chính**

## BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

STT	Tên hàng hóa/thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
1	Máy siêu âm màu 4D (chuyên dùng cho sản phụ khoa)	<p><b>Máy siêu âm màu 4D</b>  Gồm:  + Máy chính thiết kế dạng xe đẩy  + Đầu dò Convex đa tần dùng cho khám bụng, sản khoa, phụ khoa  Tần số từ <math>\leq 2.5</math> đến <math>\geq 9.0</math> MHz  + Đầu dò âm đạo, đa tần dùng cho khám sản khoa, phụ khoa, trực tràng  Tần số từ <math>\leq 3.0</math> đến <math>\geq 9.5</math> MHz  + Đầu dò Linear đa tần dùng cho khám bộ phận nhỏ, mạch ngoại vi, nhi, cơ xương khớp, tuyến vú  Tần số từ <math>\leq 4.0</math> đến <math>\geq 12.0</math> MHz  + Đầu dò khối 4D đa tần dùng cho khám bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa  Tần số từ <math>\leq 2.0</math> đến <math>\geq 8.0</math> MHz  + Có Bộ lưu điện UPS online <math>\geq 2KVA</math>, hệ thống máy vi tính, mực in màu dùng mực nước 4 màu, phần mềm báo cáo kết quả tiếng việt.</p>	01	Máy	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	

**Lưu ý:**

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết bị.
- Thiết bị mới 100%, năm sản xuất: 2024 trở về sau.