

Số: /TB-BVĐKT

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua Đèn mổ cho khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Điện thoại: 0911874907
 - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
 - Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (Word, excel,...) qua mail vttbkhos@gmail.com.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 28 tháng 04 năm 2025 đến trước 14h ngày 09 tháng 05 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục thiết bị: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Phan Hữu Chính

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

STT	Tên hàng hóa/thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
1	Đèn mổ treo trần 3 nhánh	Đèn mổ treo trần 3 nhánh (có gắn camera và màn hình y tế) - Thiết bị sản xuất tại các nước nhóm G7. *Cấu hình cung cấp Chóa đèn: 02 cái Màn hình y tế: 01 cái Cánh tay nối đầu đèn: 02 cái Cánh tay nối màn hình y tế: 01 cái Điều khiển gắn đầu đèn, màn hình cảm ứng: 02 cái Camera gắn đầu đèn: 01 bộ Tay nắm tiệt trùng: 04 cái Mặt bích: 01 cái Đặc điểm: - Công nghệ: Đèn LED - Có chức năng tự động bù sáng khi một	02	Cái	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	

		phần đèn bị che khuất. - Tính năng ánh sáng tự động: Khi tính năng này được mở, độ sáng ở trung tâm sẽ duy trì ổn định ở bất kỳ chiều cao, góc độ hay vật cản nào bằng phương pháp PID. - Tính năng nội soi (Endoscopy) có sẵn. - Chế độ chờ sẵn: Dải ánh sáng LED xanh hiển thị trên đầu đèn. Thông số kỹ thuật đèn mổ: + Cường độ chiếu sáng ≥ 160.000 lux. + Phạm vi điều chỉnh cường độ ánh sáng % 1-100 + Tuổi thọ của đèn LED cao + Có cường độ bức xạ UV an toàn - Thông số kỹ thuật Camera: + Camera full HD - Thông số kỹ thuật màn hình y tế + Công nghệ đèn nền: LED + Kích thước màn hình: $\geq 27''$ + Độ phân giải: Full HD $\geq (1920 \times 1080)$					
--	--	--	--	--	--	--	--

		+ Độ sáng (tối đa): $\geq 1000 \text{ cd/m}^2$ + Độ sáng (ổn định): $\geq 600 \text{ cd/m}^2$ + Xử lý bề mặt: Kính bảo vệ (dày $\geq 1.6\text{mm}$, chống chói, chống bám vân tay) + Tuân thủ chuẩn DICOM: Có					
2	Đèn mổ treo trần 2 nhánh	Đèn mổ treo trần 2 nhánh - Thiết bị sản xuất tại các nước nhóm G7. Cấu hình cung cấp Chóa đèn: 02 cái Cánh tay mang đèn: 02 cái Điều khiển gắn đầu đèn, màn hình cảm ứng: 02 cái Tay nắm tiết trùng: 04 cái Mặt bích: 01 cái Đặc điểm: - Công nghệ: Đèn LED - Nhờ tính năng bù sáng tự động, hệ thống không bị mất bất cứ lux nào khi một trong 4 phần của đèn bị che khuất.	03	Cái	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	

		- Hệ thống có thể tự động tắt ,ánh sáng đèn để bảo vệ đầu phẫu thuật viên khỏi nhiệt phát ra từ đèn. - Thời gian hoạt động của các đèn có thể được theo dõi dễ dàng từ bảng điều khiển cảm ứng của hệ thống. - Con trỏ laser được sử dụng để xác định trung tâm ánh sáng của đèn, quá trình này mất khoảng 20 giây. - Tính năng nội soi (Endoscopy) có sẵn. - Hệ thống đèn không phát ra tia UV có hại. - Chế độ chờ sẵn: Hiển thị các dải ánh sáng LED xanh ở đầu đèn. Thông số kỹ thuật -Cường độ chiếu sáng tối đa ≥ 160.000 lux. -Phạm vi điều chỉnh độ sáng: % 1-100 -Có cường độ bức xạ an toàn					
--	--	--	--	--	--	--	--

Lưu ý:

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết bị.
- Thiết bị mới 100%, năm sản xuất: 2024 trở về sau.