

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá gói thầu: Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì phòng Đo lường xương tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì phòng Đo lường xương tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Điện thoại: 0911874907
 - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
 - Nhận qua email: vttbkhos@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 20 tháng 08 năm 2025 đến trước 08h ngày 29 tháng 08 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2025.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục thiết bị: (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có).

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Phan Hữu Chính

Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 393 /TB-BVĐKKH ngày 20 / 8 /2025 của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa)

STT	Tên công việc	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Ghi chú
1	Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì phòng Đo loãng xương tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa	Yêu cầu phòng chì: 1. Thi công phòng ốp chì: - Kích thước phòng thi công ốp chì: 3800x3050x3000mm (dài x rộng x cao) - Cung cấp tấm chì và thi công ốp chì tấm dày 1,5mm, hàm lượng Pb>99% xung quanh phòng. - Độ cao ốp chì 2200mm. - Ốp trần bằng tấm ốp trần nhựa 60x60cm. - Khung thép hộp chịu lực. - Ốp tấm nhựa Nano dày 9mm tường xung quanh phòng (màu mỡ gà, không vân). Kích thước tấm nhựa Nano: dày 9mm, dài 3000mm. - Lắp đặt 6 tấm đèn ốp trần Panel 60x60cm, 40w. - Lắp 4 ổ cắm điện quanh phòng, mỗi ổ 2 ổ cắm. 2. Cửa chì cản xạ dạng lửa chính : 01 bộ	1	phòng	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa	Đơn vị thi công có nhu cầu đến Bệnh viện để tham khảo

		- Kích thước: 1500x2200mm (rộngxcao). - Khung thép dày 1,5mm. Hai mặt sử dụng tấm Alu dày 3mm. - Bên trong sử dụng tấm chì cản xạ dày 1,5mm. Lớp Honeycomb paper - Khung bao Inox - Tay nắm Inox - Bộ phụ kiện ray treo Hafele - Dẫn hướng âm sản bằng inox. 3. Cửa chì cản xạ dạng lùa phụ: 01 bộ - Kích thước: 900x2200mm (rộngxcao). - Khung thép dày 1,5mm. Hai mặt sử dụng tấm Alu dày 3mm - Bên trong sử dụng tấm chì cản xạ dày 1,5mm. Lớp Honeycomb paper. - Khung bao Inox - Tay nắm Inox - Bộ phụ kiện ray treo Hafele. - Dẫn hướng âm sản bằng inox. 4. Kính chì chống phóng xạ: - Kích thước: 600x800 mm: 01 bộ Yêu cầu chung: Sau khi hoàn thành đơn vị thi công phải có biên bản và chứng thư kiểm xạ phòng đạt yêu cầu về an toàn bức xạ theo Thông					
--	--	---	--	--	--	--	--

		tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCNBYT.					
2	Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì phòng Đo lường xương tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa	II. Yêu cầu phòng điều khiển: Kích thước phòng: 1000x3350x3000mm (dài x rộng x cao) Yêu cầu chung: - Ốp trần bằng tấm nhựa 60x60cm, lắp 2 tấm đèn ốp trần Panel 60x60cm, 40w. - Ốp tấm nhựa Nano dày 9mm tường xung quanh phòng (màu mờ gà, không vân). Kích thước tấm nhựa Nano: dày 9mm, dài 3000mm. - Lắp 2 ổ cắm điện quanh phòng, mỗi ổ 2 ổ cắm.	1	phòng	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa	Đơn vị thi công có nhu cầu đến Bệnh viện để tham khảo
3	Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì phòng Đo lường xương tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa	III. Yêu cầu Tấm chắn chì bảo vệ di động: - Kích thước: 1800 x 1400 mm (cao x rộng). - Hai mặt ốp sắt sơn tĩnh điện, bên trong sử dụng khung xương thép hộp, thép mạ kẽm chịu lực và tấm chì dày 1.5mm. - Viền tấm chì bằng Inox. - Ô kính chì quan sát, kích thước 300 x 400 mm. - Chân tấm chì bằng Inox. - Bánh xe loại tốt: 04 bánh xe xoay, có khóa.	1	tấm	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa	Đơn vị thi công có nhu cầu đến Bệnh viện để tham khảo

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT; Chi phí vận chuyển và các loại thuế phí khác theo quy định hiện hành.
- Giá trên đã bao gồm chi phí kiểm xạ phòng sau khi hoàn thiện.
- Hàng hóa mới 100%.