

THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm: Mua sắm linh kiện, phụ kiện sửa chữa, thay thế cho Máy siêu âm màu chuyên tim mạch. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kính mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 đường Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 - Điện thoại: 0911874907
 - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - 19 đường Yersin - phường Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
 - Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (Word, excel,...) qua mail vttbkhos@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 10 tháng 11 năm 2025 đến trước 8h00 ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2025.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục hàng hóa: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán

bảng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí lắp đặt, vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có).

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Cổng thông tin Bệnh viện;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.



Lê Vũ Chương

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

STT	Tên hàng hóa/thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu	Địa điểm cung cấp
01	Đầu dò Linear eL18-4 điện tử đa tần công nghệ PureWave	- Loại đầu dò: Linear - Ứng dụng: siêu âm mô mềm, vú, mạch máu, cơ xương khớp, ruột, nhi, sản khoa - Dải tần số: 2.0 – 22.0 MHz - Số chấn tử: ≥ 1920 chấn tử - Khẩu độ: ≥ 50 mm - Các mode thu ảnh: Doppler xung (PW), Doppler màu, Doppler năng lượng (CPA), công nghệ kết hợp chùm tia đa hướng (SonoCT), tính năng hòa âm mô (Harmonic) - Tương thích với máy siêu âm Affiniti 70	01	cái	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
02	Đầu dò Convex đa tần C5-1	- Loại đầu dò: Convex - Ứng dụng: siêu âm bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa - Tần số hoạt động: 1.0-5.0 MHz - Tần số PW Doppler: ≥ 1.0 MHz - Số chấn tử: ≥ 160 - Tầm xuyên: ≥ 11.5cm (nhỏ nhất) - Chế độ hình ảnh: Siêu âm 2D, Siêu âm M-mode, siêu âm M-mode màu, Doppler xung (PW) có thể điều chỉnh góc (lái	01	cái	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

		chùm tia), Doppler [xung] tần số lặp lại xung cao (PRF cao), Siêu âm Doppler màu, Siêu âm Doppler Năng lượng (Siêu âm Angio màu), Siêu âm hòa âm mô (hoặc Siêu âm Harmonic) - Tương thích với máy siêu âm Affiniti 70				
--	--	--	--	--	--	--

Lưu ý:

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt.
- Hàng hóa mới 100%.
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.